Как проверить комплект аппарата прессотерапии перед закупкой

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Для покупки аппарата прессотерапии составьте опись всей пневматической системы. В неё входят блок с компрессором, управление, магистрали и бандажи с камерами. На примере GT-9102 покажем, как выяснить комплект, подготовить место и проверить поставку без предположений о давлении и работе отдельных каналов.

Какие части нужно включить в заявку

Компрессор подаёт воздух через магистрали к бандажам, а управление и клапаны задают порядок наполнения и сброса. Схема конкретного аппарата определяет, какие секции работают вместе и какие можно подключать отдельно. В коммерческом предложении укажите полный комплект для одного рабочего места. Попросите перечислить детали с наименованиями и обозначениями изготовителя. Тогда при получении можно сверить именно те принадлежности, которые нужны кабинету.

Элемент	Как записать в ведомости	Что проверить при согласовании
Блок и компрессор	Полное обозначение модели, исполнение, паспорт	Питание, рабочий цикл и требования к размещению
Бандаж	Тип, размер и артикул каждого предмета	Перечень камер и подходящие расширители
Камера	Отдельная надувная секция внутри бандажа	Какие секции соединяются и управляются вместе
Канал управления	Управляемая секция или группа секций	Схема подключения и допустимые сочетания
Шланг и воздушный выход	Подключение к блоку, длина, маркировка	Штатный разъём и возможность заказа запасной магистрали

Счёт деталей в описи ведите на двух уровнях. Сначала перечислите бандажи, затем запишите, сколько камер относится к каждому из них. Отдельно отметьте управляемые каналы и число внешних подключений. При сравнении двух аппаратов уточните, считались ли камеры одного бандажа, группы или всего комплекта. Такое уточнение предотвращает ошибку, когда число предметов сравнивают с числом каналов.

Что известно о комплектации GT-9102

В каталоге для GT-9102 приведены семь бандажей. Их можно использовать по отдельности или совместно в предусмотренных конфигурациях. Попросите опись с типом, размерами, камерами и разрешёнными сочетаниями подключения для каждого бандажа. В карточке встречается также обозначение IB-9102. Уточните точную маркировку блока и редакцию руководства, которые будут в поставке.

Для доставки указаны две коробки размерами 1060 × 555 × 475 мм и 940 × 410 × 260 мм, общий вес 30 кг. Запросите массу каждого места и массу компрессора отдельно. Максимальное давление, мощность блока, число камер и таблицу программ получите из паспорта. Если в предложении нет этих строк, оставьте их как вопросы к поставщику и приложите ответ к описи.

- **GT-9102 с семью бандажами, 85 000 руб.** Запросите маркировку блока, опись бандажей и карту подключения камер

Аппарат для сверки поставки



Аппарат прессотерапии "GT-9102"

Семь бандажей и два грузовых места по карточке

85 000 руб.

Сравните комплектацию косметологических аппаратов по наличию принадлежностей и подтверждённым условиям обслуживания.

Как читать строку давления

Миллиметры ртутного столба, килопаскали и бары описывают одну физическую величину. Для сверки спецификаций можно пользоваться переводом: 1 мм рт. ст. примерно 0,1333 кПа, а 1 бар соответствует 100 кПа. Рядом с числом укажите точку измерения. Предел компрессора, значение в магистрали и показание в камере относятся к разным местам системы.

Попросите изготовителя объяснить, что показывает дисплей, какой диапазон и шаг имеет управление и предусмотрен ли контроль измеренного давления. Если в документе указаны максимальные параметры, вынесите их в техническую часть предложения. Рабочие параметры и допуск к процедуре определяет подготовленный специалист по руководству конкретного аппарата и применимым требованиям.

Сравнение программ по порядку работы камер

Попросите таблицу программ с последовательностью наполнения, удержания и сброса. Обозначение «волна» у разных моделей может описывать разные циклы. Для сравнения запишите порядок секций, доступные паузы и состав подключений, при котором действует программа. При упоминании градиента уточните, как изготовитель описывает распределение давления между участками.

Если нужно подключать несколько частей комплекта, попросите показать схему и допустимые сочетания в руководстве. Для GT-9102 из каталога известно количество бандажей, а параметры отдельных программ требуется подтвердить. Отдельное подключение нескольких частей и управление независимыми местами относятся к разным требованиям. Второе включайте в заявку только после письменного подтверждения производителя.

Как уточнить посадку и комплект бандажей

Составьте ведомость размеров для рабочего места. У бандажа измеряют длину, диапазон обхватов, расположение застёжек и предусмотренную размерную группу. Попросите показать артикулы нужных исполнений и совместимые расширители. Отдельно уточните, как изготовитель описывает расположение камер и границы перекрытия для каждого предмета.

При согласовании комплекта запишите количество каждого размера. Узнайте, какие бандажи и магистрали можно купить по отдельности и что потребует заказа всего набора. Если расходная позиция предусмотрена инструкцией, запросите её артикул. Для кабинета, где обслуживают оборудование по графику, полезно иметь список деталей с ценой, сроком поставки и ответственным за повторный заказ.

Что уточнить в демонстрации наполнения и сброса

Попросите поставщика заранее указать, какие сочетания предусмотрены для демонстрации и какие признаки штатной работы описаны в инструкции. Для каждого сочетания запишите бандаж, его маркировку, путь шланга и название программы на панели. В ходе демонстрации специалист показывает работу на оборудовании по регламенту изготовителя и объясняет, где фиксируются сообщения системы. По результату можно сверить, хватает ли сведений в паспорте для обучения сотрудников.

В акте заведите отдельные поля для наполнения, удержания, сброса и остановки. Если наблюдение вызывает вопрос, внесите его вместе с обозначением канала и детали. Попросите поставщика письменно назвать документ, по которому он проверяет работу. Так можно сопоставить результаты приёмки с последующей диагностикой, если у кабинета изменится комплект бандажей или потребуется замена магистрали.

Для планирования рабочего дня отделите время, которое персонал тратит на подготовку и обработку, от времени работы аппарата по регламенту. В календаре кабинета добавьте отдельный интервал на смену комплекта и уборку. Фактические интервалы установите после обучения и проверки руководства. Если обслуживание занимает больше запланированного, обновите расписание рабочего места и запас принадлежностей в ведомости.

Размещение блока и маршрут шлангов

Перед доставкой получите габариты корпуса и требования к свободному пространству. На плане отметьте питание, доступ к панели управления и маршрут магистралей. Сверьте место с документацией и оставьте доступ к обслуживаемым соединениям. Кабели и шланги размещают с учётом перемещений сотрудника и уборки, чтобы оборудование и мебель не пережимали линии.

Электрическая мощность характеризует нагрузку от аппарата. Скорость наполнения зависит от объёма подключённых камер, производительности компрессора и алгоритма. Если для помещения важен шум, попросите данные измерения в децибелах и условия, при которых их получили. При сравнении держите отдельно характеристики компрессора и ограничения, которые действуют для конкретного набора бандажей.

Проверка перевозки двух коробок

Для ориентировочного объёма умножьте три размера каждой коробки в метрах. Для GT-9102 по данным карточки получаются около 0,279 и 0,100 м³, вместе примерно 0,38 м³. На маршруте заноса всё равно нужно проверить наиболее длинную сторону, допустимое положение коробки и самый тесный поворот. Попросите перевозчика указать массу и габариты каждого места в накладной и подтвердить расчёт тарифа отдельно.

Назначьте сотрудника, который примет оба места и сверит маркировку до распаковки. Если поставка разделена, в акте отметьте содержимое уже полученного места и ожидаемые позиции по второй коробке. При необходимости сохраните упаковку до выполнения согласованной проверки. Это поможет сопоставить комплект с описью и оформить вопрос о недостающей детали.

Что проверять в день приёмки

Пункт	Что подтверждает поставщик	Что фиксирует принимающий сотрудник
Маркировка	Модель, серийный номер и исполнение	Данные шильдика и совпадение с актом
Бандажи	Перечень, размеры и совместимость камер	Количество, маркировка и состояние по описи
Управление	Паспортная схема программ и соединений	Результаты проверок по инструкции
Сервис	Обслуживание, гарантия, запасные части	Руководство и контакты, даты и отметки по замечаниям

Попросите специалиста показать предусмотренные руководством действия при остановке, ошибке и сбросе воздуха. Функции безопасности подтверждайте по паспорту поставляемой версии. При замечании укажите номер бандажа, соединение, сообщения на панели и обстоятельства появления. Дальнейшую диагностику согласуйте с сервисом по инструкции. Для ухода получите отдельные указания на внешнюю ткань, внутреннюю часть и магистрали.

Как вести учёт принадлежностей после установки

Заведите перечень бандажей, магистралей и совместимых деталей с отдельной строкой для каждого артикула. Укажите, к какому блоку принадлежность относится, где хранится и кто подтверждает её замену. Для поставки из двух мест удобно перенести номера коробок в опись. Если комплект частично отправляют в сервис, отметьте фактически переданные детали и то, что осталось в кабинете.

Согласуйте, кто проверяет обращение по гарантии и как оформляется отправка. Для повторной закупки храните цену, дату и срок поставки каждой детали. Если состав изменился, попросите поставщика подтвердить совместимость и обновить опись. Условия обработки текстиля, соединений и внутренних поверхностей запросите отдельно. Перечень допустимых средств и режимов должен относиться к материалам поставленной принадлежности.

Если в кабинете работают с несколькими размерными группами, обозначьте их на полках и в ведомости. Сотруднику будет проще подобрать предусмотренный комплект по инструкции и вернуть детали в нужную ячейку. Сервисная запись должна связывать замену с обозначением аппарата, чтобы после ремонта было понятно, с каким блоком проверялась принадлежность.

Смета аппарата и готового места

На 5 ноября 2026 года базовая цена GT-9102 составляет 85 000 ₽. Отдельно учитывают доставку и подъём двух мест, совместимые аксессуары, ввод и подготовку кабинета. Если в учебном примере согласованы дополнительные позиции на 14 500 ₽, итог получается 99 500 ₽. Для своей сметы сложите подтверждённые расходы по строкам и введите сумму в калькулятор.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Зафиксируйте гарантийные условия для блока и принадлежностей. Если поставщик заявляет статус медицинского изделия, попросите реквизиты документа и сверьте модель и исполнение с реестром Росздравнадзора. Отдельно уточните порядок ввода, обучения и

обслуживания по руководству. В закупочной папке удобно хранить паспорт, опись, смету и акт в одной версии.

FAQ о закупке аппарата прессотерапии

Что означают семь бандажей GT-9102?

Это количество предметов комплекта. Число камер и управляемых каналов запрашивают отдельно по каждому бандажу и схеме подключения.

Как уточнить маркировку GT и IB?

Попросите фото шильдика и руководство на аппарат из поставки. В акт перенесите обозначение и серийный номер фактического блока.

Что сверить в строке давления?

Единицу, точку измерения и условия, а также сведения о контроле и отображаемом значении из паспорта.

Какие размеры нужны для заноса?

Габариты каждой коробки, массу по местам и допустимое положение при перевозке. Сравните их с дверями, лифтом и поворотами маршрута.

Чем подтвердить совместимость шланга?

Артикулом, схемой и подтверждением для нужной версии аппарата. На приёмке сопоставьте маркировку с описью.

Как оценить посадку бандажа?

Запросите размерный диапазон и условия подбора из руководства. Сверьте длину, обхват и положение предусмотренных застёжек.

Что включить в сервисную заявку?

Модель, номер аппарата, маркировку принадлежности, дату и описание замечания. Приложите сведения, которые просит сервис.

Как считать расходы сверх цены аппарата?

Сложите согласованные работы и комплектующие отдельно от базовой цены. В калькулятор внесите итог по этим строкам.

Карточка аппарата и материалы для заявки
GT-9102, комплект бандажей и параметры упаковки
Подготовка рабочего места в косметологическом кабинете