Как проверить РУ и комплект «Ферропласта-5»

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Для «Ферропласта-5» проверка начинается с РЗН 2020/9657 от 14 февраля 2020 года. В удостоверении указано семейство воздушных стерилизаторов, а в первом пункте приложения выделено нужное исполнение с камерой 5 л. Сопоставьте эти документы с паспортом, фактической маркировкой и описью поставки. Так можно отдельно проверить регистрацию модели и согласованный комплект из трёх полок.

Что взять из удостоверения и приложения

На первом листе РУ найдите номер, дату, наименование изделия и изготовителя. Изготовитель этого семейства ООО «Ферропласт Медикал», технические условия 32.50.12-025-55307168-2018. Затем откройте приложение и найдите исполнение «Ферропласт-5». В первом пункте описан горизонтальный односторонний аппарат с прямоугольной камерой объёмом 5 дм³. Один кубический дециметр равен одному литру, поэтому оба обозначения объёма совпадают.

В том же пункте приведены паспорт, одна полка и возможность добавить от одной до трёх полок при необходимости. Для поставки из нашего каталога у модели три полки. При заказе поможем сверить, сколько полок включено в счёт и как они обозначены в описи. Сохраните отдельно сведения о варианте исполнения из приложения и согласованное количество частей. Одна папка с двумя документами позволит вернуться к вопросу при проверке поставки или заказе новой полки.

Что сверяем	Данные для «Ферропласта-5»	Документ для подтверждения
Регистрационный номер	РЗН 2020/9657 от 14.02.2020	Удостоверение и актуальная запись реестра
Изготовитель и серия	ООО «Ферропласт Медикал», ТУ 32.50.12-025-55307168-2018	Первый лист РУ, паспорт и маркировка
Камера	Горизонтальное одностороннее исполнение, 5 л	Приложение к РУ, пункт 1
Полки	Три в нашем предложении	Спецификация заказа и фактический пересчёт
Габариты и питание	30 × 42 × 34,5 см, 220 В и 50 Гц, 0,6 кВт	Паспорт выбранного изделия и шильдик

Если нужен шкаф на 5 л с тремя полками, рассмотрите «Ферропласт-5» за 33 150 ₽ на 5 ноября 2026 года. Перед заказом поможем сопоставить обозначение с РУ и внести число полок в спецификацию. Для рабочего места проверьте также полезные размеры полки, габариты устройства и требования к размещению.

- **«Ферропласт-5» для места с камерой 5 л, 33 150 руб.** Три полки в комплекте нашего предложения. Для заказа сверим исполнение, паспорт и опись.

«Ферропласт-5» для сверки документов



Сухожаровой шкаф "Ферропласт–5"

Камера 5 л, три полки, РЗН 2020/9657

33 150 руб.

Другие модели есть в разделе стерилизаторов и сухожаровых шкафов.

Как открыть актуальную запись Росздравнадзора

В разделе электронных сервисов Росздравнадзора выберите государственный реестр медицинских изделий. Введите номер РЗН 2020/9657 целиком, затем откройте совпавшую запись. Если ищете по наименованию, дополнительно сверяйте изготовителя, номер ТУ и нужное исполнение. На похожих результатах остановитесь только после сопоставления этих полей. Сохраните номер записи и дату, когда проводили проверку.

Пункт 6 правил ведения реестра, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 года № 1650, перечисляет сведения о наименовании, регистрации, назначении, изготовителе и эксплуатационных документах. Для закупки возьмите из актуальной записи нужные поля и проверьте, какая версия отображается. Пункт 9 этих правил предусматривает обновление сведений с сохранением редакций. Поэтому для папки заказа полезно сохранять проверенный комплект документов с датой доступа.

Если есть старый скан, откройте актуальные сведения по тому же номеру. Сопоставьте действующую запись, имеющийся документ и приложение. Наименование семейства на лицевом листе занимает одну строку, а список вариантов может продолжаться на следующих листах. Если нужное исполнение отсутствует на показанной странице, проверьте приложение целиком и попросите полный комплект документов. Сначала закройте вопрос о модели, затем переносите в заявку соответствующие данные.

Как разбирать похожие документы

Слово «Ферропласт» встречается в названиях разных семейств. У серии «Ферропласт Премиум» отдельное удостоверение РЗН 2022/18537 и другие технические условия. Если в счёте написано только название марки и объём камеры, попросите внести точную серию. Сверьте индекс, ТУ и наименование с документом той модели, которую заказываете. Изготовитель и объём сами по себе оставляют открытым вопрос об исполнении.

У каждой бумаги в папке своя роль. РУ и приложение помогают сверить зарегистрированную модель и её варианты. Паспорт связывает изготовителя, маркировку, характеристики и комплект с конкретным экземпляром. Руководство используют для подготовки, эксплуатации и обслуживания. Декларацию соответствия, если она входит в комплект, ведите отдельной строкой по её реквизитам. Удобно дать каждому документу название с номером и датой, чтобы сразу найти нужный файл по задаче.

Если реквизиты совпали, но версия реестрового документа отличается от сохранённой ранее, отметьте дату и выясните, какие сведения менялись. Проверьте, относятся ли изменения к наименованию, изготовителю, месту производства или составу исполнения. В акте укажите версию, применённую для сверки. Тогда в будущем можно восстановить ход проверки, даже если актуальная запись обновилась после покупки.

Какие поля проверить в счёте и на шильдике

В счёт полезно внести «Ферропласт-5», объём камеры и количество полок. При получении перепишите обозначение исполнения, заводской номер и дату изготовления с маркировки. Затем сопоставьте их с паспортом и накладной. Если один из документов использует сокращённое наименование, попросите уточнить связь с полным обозначением. Для внутреннего учёта оставьте отдельные поля для номера РУ, заводского номера аппарата и артикула заказа.

На шильдике сверяют сведения об аппарате, а на счёте видны данные продавца. Для регистрационной проверки берите поле изготовителя из реестра и документации изделия. Сервисная организация указывается в другом разделе, рядом с условиями ремонта и контактом. Такое разделение помогает сотруднику сразу найти нужного участника, когда есть вопрос о совместимости полки, о документе или о ремонте блока.

Убедитесь, что на фотографиях приёмки читаются обозначение, номер и маркировка корпуса. Снимите отдельно комплектацию камеры и подпишите, к какой поставке относятся фотографии. В рабочей папке храните дату изготовления, дату приёмки и начало гарантийного срока в отдельных графах. У каждой даты своя роль при сверке поставки и обращении в сервис.

Три сверки для приёмки «Ферропласта-5»

Сверка	Что приготовить	Что зафиксировать
Реестр и приложение	РЗН 2020/9657 и пункт по исполнению 5 л	Изготовитель, модель, дата и версия проверки
Поставка и паспорт	Согласованный счёт, заводская маркировка и опись	Номер, комплект, количество полок и замечания
Место и ввод	Размеры опоры, паспорт и согласованный порядок проверки	Готовность места, акт передачи и сведения для сервиса
Отдельные позиции	Перечень включённых и дополнительных частей	Фактические артикулы и цена дополнительных работ
Последующий учёт	Руководство, паспорт, фото маркировки, акт	Место хранения документов и ответственный сотрудник

Перед распаковкой проверьте, сколько мест передаёт перевозчик и что значится в накладной. После осмотра сопоставьте комплект с заказом. У полок отметьте число, состояние и наличие предусмотренных частей для установки. Если какая-то строка расходится с согласованной, опишите её по позиции и количеству в акте и согласуйте повторную сверку. Документы на конкретный аппарат сохраните рядом с экземпляром инструкции, по которому сотрудник будет проводить предусмотренные проверки.

Для места заранее перенесите наружные размеры на план опоры. Для корпуса 30 × 42 см в плане площадь основания по этим двум размерам составляет 0,126 м². Это геометрический ориентир. Фактическую опорную площадь, свободное пространство со стороны дверцы, подключения и обслуживание сверяйте с паспортом и замером. Примерьте место с открытой дверцей и учтите высоту корпуса 34,5 см при размещении под другой полкой.

Для заявки на ввод подготовьте отдельный лист по корпусу и месту. Например, приложите план опоры, фото выбранной поверхности, данные шильдика и согласованную опись. После осмотра специалист отметит готовность, предусмотренные проверки и вопросы, которые нужно закрыть. Если приёмка и ввод проходят в разные дни, внесите две даты и разделите замечания по доставке и по месту установки. Рабочая папка сохранит состояние поставки на каждом этапе.

Что хранить после передачи кабинету

В рабочую папку положите действующую запись с датой проверки, удостоверение с приложением, паспорт экземпляра, руководство, опись и акт. Укажите ответственного за обновление папки. Если из сервиса возвращается изделие с заменённой частью, добавьте документ о выполненной работе и проверьте артикул. В приложении к удостоверению найдите исполнение, для которого предусмотрена эта часть. Регламент обслуживания и совместимость сверяются по документам производителя.

При проверке сведений регулятора о конкретном изделии смотрите, о каком наименовании и объёме решения идёт речь. Отдельно могут указываться модель, изготовитель, заводские номера, партии или даты выпуска. Сопоставляйте каждое условие со своим аппаратом и сохраняйте основание проверки. Если совпадает только короткое название, разберите остальные поля до вывода о применимости документа.

Руководство определяет назначение и условия эксплуатации. Для работы кабинета оно нужно вместе с процедурой подготовки и контроля, которую ведёт ответственный специалист. В папке держите доступную копию именно той редакции, по которой аппарат вводили в работу. Если кабинет получает обновлённый документ, отметьте дату, источник и применимость к исполнению. Тогда проверка следующей поставки или запчасти начнётся с актуальной версии.

Смета со сверенной комплектацией

Базовая цена «Ферропласта-5» на дату редакции составляет 33 150 ₽. Для расчёта сложите её с отдельно оплачиваемыми доставкой, вводом и согласованными принадлежностями. В учебном примере 2 500 ₽ за доставку и 3 200 ₽ за подготовку и ввод дают итог 38 850 ₽. Используйте фактические суммы из счёта, а число включённых полок сохраните в описи заказа.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

При сравнении предложений перечислите одни и те же работы и одинаковый комплект. Если ввод входит в цену, запишите, что именно предусмотрено и какие документы передадут. Для дополнительной полки укажите отдельно артикул и стоимость, если она согласована. Это поможет обновить сумму при изменении заявки и понять, за какую позицию выставлена доплата.

Сравните, например, два счёта на один аппарат. В первом цена включает полки и доставку до кабинета, во втором есть только передача в пункте выдачи. Посчитайте отдельно работы, которые во втором случае возьмёт на себя салон. Если одно предложение содержит дополнительную принадлежность, заведите её как отдельную строку с подтверждённым артикулом. Сохраните рядом дату сравнения, состав поставки и основание для каждой суммы, особенно если разница появилась после уточнения комплекта.

FAQ о документах и комплекте «Ферропласта-5»

По какому номеру искать РУ?

РЗН 2020/9657. Откройте актуальную запись и сопоставьте изготовителя, наименование и приложение.

Где увидеть исполнение 5 л?

В первом пункте приложения к удостоверению, в строке горизонтального одностороннего исполнения.

Сколько полок в предложении магазина?

Три. Количество внесём в опись и сверим при приёмке.

Что сравнить с паспортом?

Обозначение исполнения, изготовителя, заводской номер, питание и комплект.

Что делать со старой копией РУ?

Найти запись по номеру, проверить актуальные сведения и сохранить вместе с приложением.

Какие размеры учесть при размещении?

Габариты корпуса, полезную поверхность опоры и пространство для открывания и обслуживания по руководству.

Где записать недостающую часть?

В акте приёмки, с обозначением позиции, числом и согласованным сроком передачи.

Как рассчитать полную закупку?

Прибавьте к цене аппарата подтверждённые доплаты за работы, доставку и принадлежности.

Модель и раздел каталога
«Ферропласт-5», размеры, комплект и цена
Стерилизаторы и сухожаровые шкафы МСК