Как составить ведомость оборудования для лицензирования косметологического кабинета

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Для подготовки медицинского косметологического кабинета удобна ведомость, где каждой строке оснащения соответствуют помещение, точная модель, документы и состояние приёмки. Начните с заявляемых работ и применимого приложения к приказу № 381н. Затем проверьте условия пункта 5 Положения о лицензировании, утверждённого постановлением Правительства РФ № 852. На примере «Ферропласта-5» разберём, как сопоставить товар, реестровую запись, паспорт и место установки.

Как устроить рабочую ведомость

Заведите отдельный лист на каждый адрес. В шапке укажите вид кабинета и перечень работ, на который опираетесь при составлении ведомости. Для каждой позиции выпишите номер строки стандарта, требуемое количество, особое условие из примечания и выбранную модель. Если решение пока не принято, укажите, кто подтверждает соответствие и какой документ нужен. Это позволит увидеть, какая часть закупки уже согласована и какие позиции требуют уточнения.

Колонка	Какие данные внести	Что проверить
Кабинет и стандарт	Адрес, назначение, приложение и строка	Соответствие заявляемым работам
Изделие и количество	Полное обозначение, изготовитель, число единиц	Реестр и документы для каждого исполнения
Наличие и документы	Правовое основание, паспорт и опись	Привязку документов к конкретному экземпляру
Установка и обслуживание	Фактическое место, условия, ответственный	Руководство, приёмку и обслуживание
Состояние закупки	Подтверждено, ждёт уточнения или принято	Дату и основание последнего решения

Если по стандарту и структуре организации требуется воздушный стерилизатор, в ведомость можно включить «Ферропласт-5» за 33 150 ₽. Для него есть исполнение с камерой 5 л в приложении к РУ РЗН 2020/9657. Сверьте назначение, полное название на шильдике и фактическую комплектацию. Количество аппаратов и само условие закупки определяются по применимому стандарту.

- **«Ферропласт-5» для сверки суховоздушного стерилизатора, 33 150 руб.** Камера 5 л. Сверьте исполнение с приложением к РУ, паспортом и местом установки.

Воздушный стерилизатор «Ферропласт-5»



Сухожаровой шкаф "Ферропласт–5"

Камера 5 л, 0,6 кВт, комплектация по паспорту и описи

33 150 руб.

Посмотреть другие исполнения и документы можно в разделе сухожаров и стерилизаторов.

Как выбрать применимое приложение

В приложении № 2 к приказу № 381н есть отдельные стандарты для врачебного приёма, манипуляционного и процедурного кабинетов. Уточните, какие из них входят в вашу структуру. Затем перенесите строки каждого в свой лист. Например, у кабинета врачебного приёма указаны рабочее место врача и дерматоскоп. Для манипуляционного и процедурного кабинетов есть позиции для обработки инструмента. Для аппаратных методов лечения проверьте отдельное приложение № 5 и соответствие заявляемым работам.

У позиций со звёздочкой в приложении № 2 есть условие об отсутствии в составе организации центрального стерилизационного отделения. Для суховоздушного стерилизатора в манипуляционном и процедурном кабинетах учитывайте это примечание. Запишите решение рядом с типом кабинета. Если центральное отделение есть, привяжите его к фактической схеме обработки. Для каждой другой позиции проверяйте собственное количество, формулировку и применимые условия.

В перечне есть строки с общей формулировкой, например комплект медицинской мебели. Запишите, какие предметы входят в ваш комплект и какие документы к ним относятся. Для бестеневой лампы с увеличительной лупой уточните назначение и документацию изделия. Формулировки в коммерческих карточках могут отличаться от текста стандарта. При выборе модели сопоставляйте их через назначение в паспорте и реестровую запись там, где требуется регистрация.

Для помещения держите в ведомости отдельную вкладку. Подпункт «а» пункта 5 Положения № 852 касается помещений на праве собственности или ином законном основании и их соответствия санитарным правилам. Отметьте, какой план согласован, где размещается аппаратура и кому передают данные о подключениях. Для одного аппарата проверьте рабочую поверхность, требования к окружающей среде и доступ для обслуживания. Для всей комнаты проверьте условия по применимым санитарным правилам.

Как сверить реестровую запись по паспорту

По подпункту «б» пункта 5 Положения № 852 для заявленных работ нужны необходимые зарегистрированные медицинские изделия на законном основании владения и пользования. Запросите полное наименование и изготовителя, затем найдите соответствующее исполнение в государственном реестре. Сопоставьте название, модификацию и назначение с паспортом. Сохраните дату проверки и то, по какому документу изделие будет находиться у организации.

Для «Ферропласта-5» откройте приложение к РУ РЗН 2020/9657 от 14 февраля 2020 года. В пункте 1 описано горизонтальное одностороннее исполнение с прямоугольной камерой 5 л. В приложении указаны паспорт, одна полка в составе и дополнительные полки при необходимости. В карточке МСК указано три полки. Перед оплатой получите опись поставки и подтвердите фактическое количество для выбранного экземпляра.

У серии «Ферропласт Премиум» собственное РУ РЗН 2022/18537 от 13 октября 2022 года. В его приложении перечислены исполнения с камерами 5 и 10 л. При совпадающих обозначениях объёма сравните название серии полностью и проверьте технические условия. Попросите поставщика подтвердить, что номер документа относится к аппарату из счёта. Сохраните выписку или сведения о записи вместе с фотографией маркировки.

Для модели, которая уже есть в кабинете, заполните ведомость по фактическому экземпляру. Снимите маркировку, проверьте наличие паспорта, узнайте, кем и когда аппарат установлен. Если ранее менялись принадлежности, добавьте документ о замене и уточните, что входит в рабочий комплект. Если маркировка на корпусе и сведения старого счёта различаются, выясните происхождение расхождения до подтверждения строки. Для новой модели можно попросить те же данные ещё на стадии предложения.

Ситуация	Что запросить	Как закрыть вопрос
В счёте короткое название	Полную модель и изготовителя	Сопоставить со спецификацией и шильдиком
Документ охватывает серию	Приложение с перечнем исполнений	Найти точный вариант по названию и ТУ
Есть разные серии с тем же объёмом	Паспорт и обозначение модели	Проверить отдельную запись на каждую
Заявлены дополнительные полки	Опись и паспортную схему	Подтвердить состав фактической поставки
Документы приняты	Данные об установке и обслуживании	Закрепить изделие за кабинетом и ответственным

Как подготовить установку и обслуживание

Для закупки оборудования полезно зафиксировать два разных идентификатора. Артикул в счёте помогает найти товар у поставщика, а заводское обозначение и номер относятся к полученному изделию. В листе сопоставления сохраните оба. Добавьте название изготовителя и технические условия из документации. Если поставщик использует своё краткое название, попросите связать его с полным обозначением в спецификации.

Подтверждение регистрации и документы о пользовании проверяют отдельно. В реестре сверяют изделие и исполнение. В документах закупки, аренды или другом законном основании смотрят, к какому изделию они относятся. При получении оборудования на несколько адресов уточните, что будет установлено в каждом кабинете. Необходимые сведения можно заранее вынести в отдельную строку на экземпляр с местом, паспортом и датой фактической поставки.

Для действующего кабинета сравните список техники с фактической расстановкой. Если изделие есть в описи, но находится в другом помещении или в ремонте, укажите его состояние и фактический адрес. Для замены временного оборудования заранее уточните документы и условия обслуживания. Так ведомость показывает текущее оснащение, а не только перечень, который однажды был заказан. После завершения ремонта привяжите сведения о возврате к тому же экземпляру.

Карточка «Ферропласта-5» приводит габариты 30 × 42 × 34,5 см и мощность 0,6 кВт. Для места установки используйте паспорт и фактические размеры поставляемого шкафа. Добавьте доступ к дверце, корпусу и подключениям. Уточните, какая опора нужна для веса фактического комплекта. Если меняется место размещения, обновите схему, прежде чем заказывать мебель или согласовывать монтаж.

При приёмке сравните корпус и маркировку с документами. Осмотрите комплект, пересчитайте полки и проверьте, что есть инструкция на поставленную версию. Для оборудования с нагревом уточните допустимые условия эксплуатации, способы загрузки и требования к подключению. Проверка перед вводом выполняется по документации

изготовителя. Полученный результат сохраните в ведомости вместе с датой и ответственным.

Подпункт «г» пункта 5 Положения № 852 предусматривает обслуживание силами работников с необходимой подготовкой либо договор с организацией, у которой есть соответствующая лицензия. В реестре оборудования отметьте, кто обслуживает каждый аппарат, какой документ это подтверждает и куда обращаться при неисправности. Сверьте сведения по конкретному виду техники и установленной модели. Для закупки запишите стоимость и сроки обслуживания отдельно от цены поставки.

Если оборудование заказывают к открытию, составьте календарь подтверждений. До оплаты получите точную модель и документы, до монтажа подтвердите место, после поставки запишите данные фактического аппарата. Отдельно отметьте ввод, обслуживание и готовность кабинета. Поставленная коробка и принятая строка ведомости могут иметь разные даты. Эта разница нужна, если подготовка включает несколько подрядчиков и поставок.

Смета и статус каждой позиции

Для предложения по стерилизатору можно запросить цену отдельно по шкафу, фактически поставляемым полкам и работам по вводу. В ведомости укажите, есть ли паспорт и руководство в составе поставки. Если нужен отдельный расчёт размещения, сохраните его рядом со схемой кабинета. Это позволяет сравнить две цены на одинаковой основе и увидеть, какие работы потребуются к дате открытия.

Когда закупку проверяют несколько сотрудников, назначьте ответственного для каждой группы. Медицинскую часть связывают с заявленными работами, техническую с паспортами и подключениями, финансовую со счётом и правовым основанием. В конце сверяйте одну утверждённую ведомость с фактическими изделиями. Для нерешённых строк отметьте следующий документ и срок, чтобы приёмка не зависела от устных пояснений.

На дату редакции «Ферропласт-5» стоит 33 150 ₽. Если добавить условные 1 500 ₽ доставки и 2 000 ₽ подготовки места, примерный итог 36 650 ₽. Введите реальные расходы по своему предложению. Для общей сметы добавьте другие строки стандарта, монтаж, документы и работы по кабинету. Цены обновляйте по отдельным счетам, чтобы можно было сопоставить их с согласованной ведомостью.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

На итоговой сверке полезно отдельно видеть строки, которые уже готовы к приёмке, и строки с нерешёнными вопросами. Для каждого вопроса запишите срок и документ. Если изменился вариант поставки, проверьте, какой пункт перечня он закрывает и на каком основании можно его использовать. Для шкафа это включает модель, реестровую запись, эксплуатационные документы, опись и место установки. Ведомость остаётся рабочим документом после покупки, когда добавляются записи об обслуживании или замене.

FAQ о ведомости медицинского кабинета

С чего начать закупку?

С перечня заявляемых работ, адреса и типа кабинета. Затем перенесите применимые строки стандарта оснащения.

Как проверить, какой стандарт нужен?

Сопоставьте назначение кабинета с приложениями к приказу № 381н и условиями заявляемых работ.

Когда в кабинете предусматривается отдельный суховоздушный стерилизатор?

В приложении № 2 условие для отмеченной позиции связано с отсутствием центрального стерилизационного отделения в составе организации.

Где сверить «Ферропласт-5»?

В приложении к РУ РЗН 2020/9657, пункт 1. Сопоставьте исполнение с маркировкой и паспортом.

Как отличить базовую серию от «Премиум»?

Проверьте полное название серии, ТУ и приложение к её регистрационной записи. У «Премиум» есть отдельное РУ.

Чем подтвердить владение и пользование?

Документом на право собственности или другим законным основанием, которое относится к фактическому изделию.

Что сохранить при монтаже?

Паспорт, опись, сведения о маркировке, документы о приёмке, месте установки и обслуживании.

Сколько стоит «Ферропласт-5» на МСК?

33 150 ₽ на 5 ноября 2026 года до дополнительных расходов.

Модель и раздел каталога
«Ферропласт-5», габариты, комплектация и цена
Сухожары и стерилизаторы на МСК